SET DE CONTROLES PYRUVATE KINASE

REF **113**
LOT **113 ! 21021**

CE IVD

UTILISATION PREVUE

Le Contrôle PK est à utiliser afin de contrôler les performances du kit BIOSENTEC de dosage de l'activité enzymatique PK #063. Son utilisation permet de réaliser un Contrôle Haut ainsi qu'un Contrôle Bas.

CONTENU DU SET

REACTIF CH	Contrôle Haut - PK	4 vials, lyoph.
REACTIF CB	Contrôle Bas – PK	4 vials, lyoph.
REACTIF TP	Tampon de dilution	12,5 mL

RECONSTITUTION ET DILUTION

Avant utilisation, les contrôles sous forme lyophilisée doivent être redispersés dans le tampon de dilution fourni.

PK – Contrôle Haut

Pour réaliser le contrôle Haut :

- Introduire dans le flacon 500µL de tampon de dilution.
- Remuer lentement jusqu'à complète dissolution.
- Homogénéiser par aspiration/refoulement

0.488 ± 0.073 U/mL à 37°C

PK – Contrôle Bas

Pour réaliser le contrôle Bas :

- Introduire dans le flacon 2000µL de tampon de dilution.
- Remuer lentement jusqu'à complète dissolution.
- Homogénéiser par aspiration/refoulement

0.127 ± 0.019 U/mL à 37°C

Une fois reconstitué, les contrôles sont à doser directement avec les réactifs du kit de dosage de l'activité Pyruvate Kinase BIOSENTEC #063. Suivre les instructions de la notice du kit.

Date : 13/01/2021 / Version : v21021

STABILITE ET CONSERVATION

Si l'emballage extérieur est détérioré, vérifier que les flacons sont intacts. Dans ce cas, ils peuvent être utilisés. Dans le cas contraire, contacter Biosentec.

Fermés et stockés entre 2 et 8°, les réactifs sont stables jusqu'à la date inscrite sur les étiquettes. Une fois ouverts, ils doivent être utilisés sous 8 semaines et stockés entre 2 et 8°C.

La stabilité est garantie en l'absence de contaminations bactériennes.

Les contrôles une fois remis en solution sont stables 24 heures.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

EXP *Date d'expiration*

REF *Référence*

LOT *Numéro de Lot*

2°C 8°C *A conserver entre 2 et 8°C*

BIOSENTEC
48 Chemin des Palanques Sud
31120 Portet sur Garonne

IVD *IN VITRO DIAGNOSTIC*

CE