Solution de Référence
Reference solution

For Research Use Only

Primary Amino Nitrogen – Azote alpha-aminé

Cat. No. 216

216-23031

The reference solution Primary amino Nitrogen is a titrated solution for Primary Amino Nitrogen.
This reference solution can be used as a Calibrator during the calibration of sequential automatic analyzer or can be used to carry out quality control.

Composition

The reference solution is a synthetic solution and contain components suitable for carry out calibration or quality control on automatic analyzer.

Preparation and Use

Solution is ready to use.
Use the reference solution as a calibrator or as a quality control solution.

Storage instructions and stability

The solution is stable up to the indicated month of expiry, if stored at 2-8 °C.
Onboard stability: 1 day. Recommendation is to change solution every day on the analyzer.

Value

The reference value and measurement incertitude of the concentration of the reference solution is given on the label of the bottle.

Target values **Primary Amino Nitrogen**	
Cat. n° 216	300 mg/L

The determinations were made following a validated internal method using the principle of the OIV reference methods.

Warnings and precautions

Do not swallow. Avoid contact with the skin and mucous membranes.
See the material security data sheet for more information.

La solution de référence Azote alpha-aminé est une solution titrée en Azote alpha-aminé.
Cette solution peut donc être utilisée en tant que Calibrant lors des étalonnages sur automates séquentiels, ou en tant que Contrôle de qualité.

Composition

La solution de référence est une solution synthétique et contient des composants compatibles pour réaliser des calibrations ou des contrôles de qualité.

Préparation et utilisation

La solution est prête à l'emploi.
Utiliser la solution comme un calibrant ou comme un contrôle de qualité.

Instruction de stockage et stabilité

La solution est stable jusqu'à la date d'expiration indiquée, si elle est stockée entre 2 et 8 °C.
Stabilité à bord : 1 jour. Il est recommandé de changer la solution dans l'automate tous les jours.

Valeur

La valeur de référence ainsi que l'intervalle de mesure de concentration de la solution de référence est donnée sur l'étiquetage.

Valeurs cibles **Azote alpha-aminé**	
Cat. n° 216	300 mg/L

Les déterminations ont été réalisées selon une méthode interne validée reprenant le principe des méthodes OIV.

Précaution

Ne pas avaler. Eviter tout contact avec la peau et les muqueuses.
Consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.

EXP	*use before* *Date d'expiration*	REF	catalogue number N° dans le catalogue	*Attention*	Biosentec 48 Chemin des Palanques Sud 31120 Portet sur Garonne
LOT	Lot N° de lot	2°C 8°C	Store at 2-8°C Conserver à 2-8°C	*Notice utilisation* *Operation note*	